

Název vyšetření	Vlastní nejistota měření [%]
Alaninaminotransferáza (ALT)	8,3
Albumin	2,9
ALP	9,6
AMS	10
Amyláza pankreatická (AMSP)	5,8
AST	7,9
Bilirubin celkový	9
Bílkovina celková	4,4
CRP	9,4
Draselný ion (K^+)	3,2
Fosfát anorganický	3,5
Gama-glutamyltransferáza (GGT)	6,8
Glukoza	5,3
Glykovaný hemoglobin (HbA1c)	11
HDL-cholesterol (HDL-C)	5,7
Hořčík (Mg)	9
Chloridy (Cl^-)	3,1
Cholesterol	2,4
Kreatinin	9,4
Kreatinkináza (CK)	6,9
Kyselina močová (KM)	2,9
Laktát	11
Lipáza (LPS)	9,7
Močovina	7,8
Revmatoidní faktor (RF)	5,8
Sodný kation (Na^+)	2,4
Triacylglyceroly (Tg)	7,2
Vápník (Ca)	4,7
Železo	7,5
LDL-cholesterol	2,63
Trijodtyronin volný (fT3)	11
Tyroxin volný (fT4)	8
Vápník ionizovaný	8,5
TSH	11
Prostatický specifický antigen (PSA)	11
Krevní obraz-hemoglobin	4,2
Troponin I	14